


高圧蒸気滅菌ユニット フロー図

- P3レベル以上の汚水を122℃30分で、熱滅菌します。
- 汚水は、冷却して放流しますので、規制値をクリアします。
- 汚染された交換部品等は、蒸気滅菌できますのでメンテナンス要員に対しても安全です。
- タンクには点検窓があり目視できます。



KE-9030滅菌ユニット

